

IFU














(Instruction for use)



Saca Implante / Implant Remover / Saca Implante

PORTUGUÊS

ENGLISH

ESPAÑOL

	FABRICANTE / MANUFACTURER / FABRICANTE
	REPRESENTANTE NA COMUNIDADE EUROPEIA / REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY / REPRESENTANTE EN LA COMUNIDAD EUROPEA
	DATA DE FABRICAÇÃO / DATE OF MANUFACTURE / FECHA DE FABRICACIÓN
	PRAZO DE VALIDADE / SHELF LIFE / PRAZO DE VALIDAD
	CÓDIGO DO PRODUTO / PRODUCT CODE / CÓDIGO DEL PRODUCTO
	NÚMERO DO LOTE / BATCH NUMBER / NUMERO DE PARTIDA
	ATENÇÃO: CONSULTAR DOCUMENTOS / ATTENTION: CONSULT DOCUMENTS / ATENCIÓN: CONSULTAR DOCUMENTOS
	CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / REFER TO INSTRUCTIONS FOR USE / CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
	NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA / DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED / NO LO UTILICE SI EL ENVOLTORIO ESTÁ DAÑADO
	NÃO REUTILIZAR / DO NOT REUSE / NO LO REUTILICE
	NÃO ESTÉRIL / NON-STERILE / NO ESTÉRIL
	TAMANHO DO PRODUTO / PRODUCT SIZE / TAMAÑO DEL PRODUCTO
	TEMPERATURA PARA AUTOCLAVAGEM / TEMPERATURE FOR AUTOCLAVAGE / TEMPERATURA PARA AUTOCLAVADO
Mat.	MATERIAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO / MATERIAL USED / MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO
QTY	QUANTIDADE / QUANTITY / CANTIDAD
SAC	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR / CUSTOMER SERVICE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

 Fabricado por / Manufactured by / Fabricado por Emfils Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. – Avenida Prudente de Moraes, 948, CEP 13.309-300, Rancho Grande, Itu -SP - Brasil – CNPJ 02.551.718/0001-00 – Industria Brasileira / Brazilian Industry / Industria Brasileña – Responsável Técnico / Technical Manager / Responsable Técnico: Dr Adolfo Embacher - CRO15625/SP – ANVISA: 80089280020 – Lote e data de fabricação: vide o rótulo / Batch and date of manufacture: see label / Partida y fecha de fabricación: véase la etiqueta –  Representante autorizado / Authorized representative / Representante autorizado: Gilson Membrive - Emfils LDA – Avenida de França, 352, Bloco A – sala 4.12, CP 4050-276 – Porto – Portugal

Este produto foi concebido integrando conceitos clínicos, mecânicos e biológicos, sendo assim, para melhores resultados, deve ser utilizado somente com componentes associados originais de acordo com as instruções e recomendações da Emfils.

Todos os procedimentos devem ser executados por profissionais habilitados como Implantodontistas, Periodontistas, Protésistas e Cirurgiões Buco Maxilo Facial.

DESCRIÇÃO

O saca implante Emfils possui um único comprimento, capaz de atender todos os casos clínicos e espaços oclusais. Em sua extremidade cônica ativa, o produto contém uma rosca de entrada a esquerda, de passo 0,4 mm, que se acopla nos modelos de implantes com rosca interna M2,0 e M1,6. Em sua extremidade superior, o saca implante possui um encaixe quadrado universal de 3,9 mm, que se conecta a chave quadrada maciça EMFILS (CBQ-4070), especialmente desenvolvida para ser utilizada nos saca implantes. A matéria prima utilizada é o aço cirúrgico inoxidável temperado, conforme norma ASTM F899.

O saca implante Emfils se apresenta conforme tabela abaixo:

Código de Venda	Diâmetro inicial da rosca	Comprim. Ativo	Utilizado em Rosca
SIE-2030	1,4	19	M2,0 / M1,6

APLICAÇÃO

O saca implante é um instrumental cirúrgico indicado para ser utilizado manualmente na remoção de implantes mal posicionados ou com danificação mecânica, que já se apresentam osseointegrados. Utiliza o princípio mecânico do contra-torque (sentido anti-horário) para promover a ruptura da osseointegração e desinserção do implante pelo próprio alvéolo. Como a força para remoção de implantes pode ser alta, deve-se sempre utilizar a chave quadrada maciça EMFILS (CBQ-4070). O SACA IMPLANTE CSIE-2030 é indicado para a remoção de diversas conexões: externas, internas e cone morse, com roscas M1,6mm e M2,0mm.

CONTRAINDICAÇÕES


É contraindicado o uso do removedor implante em situações de espessura óssea crítica. A espessura das tábuas ósseas periféricas aos implantes que necessitam remoção com cargas por vestibular e lingual constitui um dos fatores limitantes da utilização.

MANUSEIO


Uma vez esterilizado, o saca implante deverá ser utilizado atendendo todos os requisitos de biossegurança e assepsia cirúrgica. Todos os procedimentos devem ser executados por profissionais habilitados e o manuseio do produto é inerente à formação do profissional, que será responsável por utilizar os instrumentais da melhor forma possível, respeitando as indicações da EMFILS para cada instrumental.

Remoção de implantes Hexágono Interno e Hexágono Externo Emfils com rosca M2,0:


- Acoplar o saca implante na Chave Maciça;




- Instalar o saca implante no implante (certifique-se que o parafuso foi removido do interior do implante);



- Girar o conjunto no sentido anti-horário;




- Remover o implante.




Remoção de implantes Cone Morse Emfils com rosca M1,6:


- Acoplar o saca implante na Chave Maciça;




- Desgastar a rosca interna M1,6 com o auxílio de uma broca Ø2,0mm carbide;




- Instalar o saca implante no implante (certifique-se que o parafuso foi removido do interior do implante);



- Girar o conjunto no sentido anti-horário;



- Remover o implante.



Pontos importantes na utilização do instrumento:

- Evite carga lateral.
- A chave maciça quadrada não possui controle de torque.
- A força inicial para fratura da interface óssea, entre implante osseointegrado e o osso, é maior que no decorrer do procedimento.
- O saca implante pode acumular danos durante a utilização, recomenda-se uso único.

HIGIENIZAÇÃO

O SACA IMPLANTE é fornecido não estéril e deve ser higienizado e esterilizado antes e depois de ser utilizado, seguindo as recomendações do documento disponível no link abaixo:

Manual de Limpeza do Kit Cirúrgico
Novo Colosso



FORMA DE APRESENTAÇÃO

O saca implante é acondicionado individualmente em embalagem de papel cirúrgico tipo tyvek® e display de filme transparente. O instrumental sofre um processo de descontaminação que elimina qualquer tipo de sujidade, porém o processo de higienização, descrito acima, deve ser seguido. Necessitam de esterilização antes do uso clínico.

ESTERILIZAÇÃO

Fornecido não-estéril

Esterilização: é o procedimento que visa à eliminação total dos microrganismos, seja na forma vegetativa ou esporulada.

Esterilização Pelo Vapor Saturado – Autoclaves

- Em uma autoclave convencional, o instrumental deverá ficar durante 30 minutos a uma temperatura de 121°C, quando esta temperatura for atingida.
- Todo instrumental cirúrgico e os componentes protéticos devem ser submetidos à esterilização, antes de serem utilizados.
- Peças que possuem borrachas ou peças plásticas, para conexão com outra peça, não devem ser autoclavadas ou esterilizadas estando conectadas umas às outras. Exemplo: Broca conectada ao Prolongador.

PRECAUÇÕES

- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Este produto deve ser utilizado estéril. Não esterilizar sob calor seco (estufa), sempre utilizar autoclave a vapor e pressão;
- Não se recomenda a esterilização química;
- Não autoclavar o produto em sua embalagem original;
- Deve ser realizado um planejamento prévio, avaliando a proximidade do implante a ser removido com raízes dentárias adjacentes e estruturas anatômicas nobres, pois este procedimento pode causar danos a estas estruturas;
- Avalie a condição do implante a ser removido, pois pode ser necessário o uso de trefina ao invés do saca implante;
- Devido à abertura reduzida de boca na região

posterior, a utilização do instrumento pode ser dificultada;

- Assegurar de que os instrumentais não sejam engolidos ou aspirados pela pessoa que está recebendo o produto (paciente);
- O planejamento inadequado pode comprometer o desempenho do procedimento;
- Antes de cada procedimento, certifique-se do perfeito encaixe entre as peças.
- Certifique-se de possuir todos os instrumentais necessários para a realização da cirurgia conforme planejamento cirúrgico;
- Este produto é de uso único;
- Recomenda-se manter o saca implante axial ao longo eixo do implante a ser retirado. A inclinação do saca implante durante a aplicação do torque pode resultar na danificação e/ou fratura do mesmo ou até do osso;
- É de responsabilidade do profissional utilizar os produtos Emfils em conformidade com as instruções de uso;
- O saca implante pode acumular danos durante a utilização, recomenda-se USO ÚNICO.
- O reuso deste produto pode ocasionar:
 - *Efeitos biológicos adversos decorrentes de resíduos remanescentes, sejam eles, microrganismos e/ou substâncias decorrentes de usos anteriores;*
 - *Alterações das características físicas, mecânicas e químicas de ordem macro ou micro estruturais, alterando as condições originais do produto que podem prejudicar a funcionalidade de que foi destinada;*
 - *O reuso deste produto não garante a sua segurança e eficácia, e isenta qualquer garantia dos produtos relacionados.*
 - *Utilize sempre a sequência de produtos Emfils. A utilização de instrumentais e/ou componentes protéticos de outros fabricantes não garante a perfeita função do sistema de implante Emfils e isenta qualquer garantia do produto.*

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.

Favor contactar seu distribuidor autorizado.

EFEITOS ADVERSOS

Efeitos adversos somente ocorrerão se as recomendações de uso descritas não forem respeitadas.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco e na embalagem original, em temperatura ambiente e não expor a luz solar direta. O armazenamento incorreto pode influenciar as características originais da embalagem e do produto.

DESCARTE DE MATERIAIS

O descarte do material deve respeitar as regulamentações locais e os requisitos ambientais vigentes, levando em consideração os diferentes níveis de contaminação e coleta seletiva.

VIDA ÚTIL

Uso único. O produto acumula dano durante sua utilização.

PRAZO DE VALIDADE

Indicado no rótulo do produto.

This product has been designed to integrate clinical, mechanical and biological concepts, so, for best results it should only be used with original associated components according to Emfils instructions and recommendations.

All procedures must be performed by qualified professionals such as Implantodontists, Periodontists, Prosthodontists and Oral Maxillofacial Surgeons.

DESCRIPTION

The Emfils implant remover has a single length, capable of attending to all clinical cases and occlusal spaces. At its active tapered end, the product contains a left-hand taper thread, 0.4 mm pitch, which engages the M2.0 and M1.6 internal threaded implant models. At its upper end, the implant sachet has a universal square fit of 3.9 mm, which connects the EMFILS solid square wrench (CBQ-4070), specially developed for use in implant implants. The raw material used is stainless steel tempered steel, according to ASTM F899.

The Emfils implant remover is shown in the table below:

Sales Code	Initial thread diameter	Active length	Used in threads
SIE-2030	1,4	19	M2,0 / M1,6

APPLICATION

The implant remover is a surgical instrument indicated to be used manually in the removal of poorly positioned or mechanically damaged implants, which are already osseointegrated. It uses the mechanical counter-torque principle (anti-clockwise) to promote the rupture of osseointegration and deinsertion of the implant by the alveolus itself. As the force for implant removal can be high, you should always use the EMFILS solid square wrench (CBQ-4070). The CSIE-2030 SACA IMPLANTE is indicated for the removal of several connections: external, internal and cone morse, with threads M1,6mm AND M2,0mm.

CONTRAINDICATIONS


It is contraindicated the use of the implant remover in situations of critical bone thickness. The thickness of the bone boards peripheral to the implants that require removal by buccal and lingual loads is one of the limiting factors of the use.

HANDLING


Once sterilized, the implant bag should be used in compliance with all biosafety and surgical asepsis requirements. All procedures must be performed by qualified professionals and the handling of the product is inherent in the training of the professional, who will be responsible for using the instruments in the best possible way, respecting the indications of EMFILS for each instrument.

Removal of implants Internal Hexagon and External Hexagon Emfils with thread M2,0:


- Coupling the implant implant on the Square Wrench;




- Install the implant implant (make sure the screw has been removed from the implant);



- Turn the assembly counterclockwise;




- Remove the implant.



Removal of implants Morse Cone Emulsion with thread M1,6:


- Coupling the implant implant on the Square Wrench;




- Wear the internal thread M1,6 with the aid of a Ø2,0mm carbide drill bit;




- Install the implant implant (make sure the screw has been removed from the implant);



- Turn the assembly counterclockwise;



- Remove the implant.



Important points in using the instrument:

- Avoid side loading.
- The solid square wrench has no torque control.
- The initial force for fracture of the bone interface between the osseointegrated implant and the bone is greater than during the procedure.
- Implants remover can accumulate damages during use, it is recommended to use only.

SANITATION

The implant remover is supplied non-sterile and should be sanitized and sterilized before and after use, following the recommendations of the document available at the link below:

[Novo Colosso's Surgical Kit Cleaning Manual](#)

PRESENTATION

The implant remover is individually packaged in tyvek® surgical paper packaging and transparent film display. The instruments undergo a process of decontamination that eliminates any type of dirt, however the process of hygiene, described above, must be followed. They need sterilization before clinical use.

STERILIZATION

Supplied non-sterile.

Sterilization: is the procedure that aims at the total elimination of microorganisms, whether in vegetative or sporulated form.

Sterilization by Saturated Steam - Autoclaves

- In a conventional autoclave, the instrument should stand for 30 minutes at a temperature of 121 ° C when this temperature is reached.
- All surgical instruments and prosthetic components must be sterilized prior to use.
- Parts that have rubbers and plastics, for connection to another part, should not be autoclaved or sterilized being connected to each other. Example: Drill connected to Protractor.

PRECAUTIONS

- Do not use if the product packaging is broken;
- This product should be used sterile. Do not sterilize under dry heat (stove). Always use steam and pressure autoclave;
- Chemical sterilization is not recommended;
- Do not autoclave the product in its original packaging;
- A preliminary planning should be performed, evaluating the proximity of the implant to be removed with adjacent dental roots and noble anatomical structures, as this procedure can cause damage to these structures;
- Evaluate the condition of the implant to be removed, as it may be necessary to use trephine instead of the implant remover;
- Due to the reduced opening of the mouth in the posterior region, the use of the instrument may be

difficulty;

- Ensure that the pieces are not swallowed or aspirated by the person receiving the product (patient);
- Inadequate planning may compromise the performance of the procedure;
- Before each procedure, make sure that the parts are perfectly inserted;
- Make sure you have all the necessary instruments to perform the surgery according to surgical planning;
- This product is for single use only;
- It is recommended to keep the implant remover axial along the axis of the implant to be removed. The inclination of the implant remover during torque application can result in damage and / or fracture of the implant or even the bone;
- It is the responsibility of the professional to use the Emfils products in accordance with the instructions for use.
- The implant remover can accumulate damage during use, SINGLE USE is recommended.
- Reusing this product may cause:
 - *Adverse biological effects from remaining residues, whether microorganisms and / or substances from previous uses;*
 - *Changes in the physical, mechanical and chemical characteristics of macro or micro structural order, altering the original conditions of the product that may harm from its intended functionality;*
 - *The reuse of this product does not guarantee its safety and efficacy, and disclaims any warranty of related products.*
 - *Always use the sequence of Emfils products. The use of instruments and / or prosthetic components from other manufacturers and systems does not ensure the perfect function and exempts Emfils from offering any product warranty.*

Written on the product label.

Not all products are available in all countries.

Please, contact the authorized distributor.

ADVERSE EFFECTS

Adverse effects will only occur if the choice and use of the product is inadequate.

STORAGE CONDITIONS

The product should be stored in a dry place and in the original packaging at room temperature and not expose to direct sunlight. Incorrect storage may influence the original characteristics of the packaging and the product.

DISPOSAL OF MATERIAL

The disposal of the material must comply with local regulations and environmental requirements, taking into account the different levels of contamination and selective collection.

LIFE CYCLE

Single use. The product accumulates damage during use.

DATE OF EXPIRATION

Este producto ha sido concebido integrando conceptos clínicos, mecánicos y biológicos, siendo así, para mejores resultados, debe ser utilizado solamente con componentes asociados originales de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de Emfils.

Todos los procedimientos deben ser ejecutados por profesionales habilitados como Implantodontistas, Periodontistas, Protésistas y Cirujanos Buco Maxilo Facial.

DESCRIPCIÓN

El saca implante Emfils posee una sola longitud, capaz de atender todos los casos clínicos y espacios oclusales. En su extremo cónico activo, el producto contiene una rosca de entrada a la izquierda, de paso 0,4 mm, que se acopla en los modelos de implantes con rosca interna M2,0 y M1,6. En su extremo superior, el saca implante posee un encaje cuadrado universal de 3,9 mm, que se conecta a la llave cuadrada maciza EMFILS (CBQ-4070), especialmente desarrollada para ser utilizada en los saca implantes. La materia prima utilizada es el acero quirúrgico inoxidable templado, conforme a la norma ASTM F899.

El saca implante se presenta según la tabla abajo:

Código de Venta	Diámetro inicial de la rosca	Longitud Activa	Utilizado en Rosca
SIE-2030	1,4	19	M2,0 / M1,6

APLICACIÓN

El saca implante es un instrumental quirúrgico indicado para ser utilizado manualmente en la remoción de implantes mal posicionados o con deterioro mecánico, que ya se presentan oseointegrados. Utiliza el principio mecánico del contra-torque (sentido contrario a las agujas del reloj) para promover la ruptura de la osteointegración y desinserción del implante por el propio alvéolo. Como la fuerza para la remoción de implantes puede ser alta, se debe utilizar siempre la llave cuadrada EMFILS (CBQ-4070). El saca implante CSIE-2030 está indicado para la remoción de diversas conexiones: externas, internas y cono morse, con roscas M1,6mm y M2,0mm.

CONTRAINDICACIONES


Es contraindicado el uso del removedor implante en situaciones de espesor óseo crítico. El espesor de las tablas óseas periféricas a los implantes que requieren remoción con cargas por vestibular y lingual constituye uno de los factores limitantes del uso.

MANIPULACIÓN


Una vez esterilizada, el saca implante deberá ser utilizado atendiendo todos los requisitos de bioseguridad y asepsia quirúrgica. Todos los procedimientos deben ser ejecutados por profesionales habilitados y el manejo del producto es inherente a la formación del profesional, que será responsable de utilizar los instrumentos de la mejor forma posible, respetando las indicaciones de EMFILS para cada instrumental.

Eliminación de implantes Hexágono Interno y Hexágono Externo Emfils con rosca M2,0:


- Acoplar el saca implante en la Llave masiva;




- Instale el saca implante en el implante (asegúrese de que el tornillo ha sido removido del interior del implante);



- Girar el conjunto en el sentido contrario a las agujas del reloj;




- Quitar el implante.




Eliminación de implantes Cone Morse Emfils con rosca M1,6:


- Acoplar el saca implante en la Llave masiva;




- Desgastar la rosca interna M1,6 con la ayuda de una broca Ø2,0mm carbide;




- Instale el saca implante en el implante (asegúrese de que el tornillo ha sido removido del interior del implante);



- Girar el conjunto en el sentido contrario a las agujas del reloj;



- Quitar el implante.



Puntos clave en la utilización del instrumento:

- Evite la carga lateral.
- La llave maciza cuadrada no tiene control de torsión.
- La fuerza inicial para la fractura de la interfaz ósea, entre el implante oseointegrado y el hueso, es mayor que durante el procedimiento.
- El saca implante puede acumular daños durante el uso, se recomienda un uso único.

HIGIENIZACIÓN

El removedor de implante se suministra no estéril y debe ser higienizado y esterilizado antes y después de ser utilizado, siguiendo las recomendaciones del documento disponible en el siguiente enlace:



FORMA DE PRESENTACIÓN

El saca implante se envasa individualmente en envases de papel quirúrgico tipo tyvek® y display de película transparente. El instrumental sufre un proceso de descontaminación que elimina cualquier tipo de suciedad, pero el proceso de higienización, descrito arriba, debe ser seguido. Necesitan esterilización antes del uso clínico.

ESTERILIZACIÓN

Se venden no estéril.

Esterilización: es el procedimiento para la eliminación total de los microorganismos, ya sea en forma vegetativa o esporulada.

Esterilización por el vapor Saturado - Autoclaves

- En una autoclave convencional, el instrumental deberá permanecer durante 30 minutos a una temperatura de 121 ° C, cuando esta temperatura se alcanza.
- Todo instrumental quirúrgico y los componentes protéticos deben someterse a la esterilización antes de su uso.
- Las piezas que tienen gomas o piezas plásticas, para conexión con otra pieza, no deben ser autoclavadas o esterilizadas estando conectadas unas a otras. Ejemplo: Fresa conectada al Prolongador.

PRECAUCIONES

- No utilizar si el embalaje está violado;
- Este producto debe utilizarse estéril. No esterilizar bajo calor seco (invernadero). Siempre utilizar autoclave a vapor y presión;
- No se recomienda la esterilización química;
- No autoclavar el producto en su embalaje original;
- Debe realizarse una planificación previa, evaluando la proximidad del implante a ser removido con raíces dentales adyacentes y estructuras anatómicas nobles, pues este procedimiento puede causar daños a estas estructuras;
- evalúe la condición del implante que se va a quitar, ya que puede ser necesario el uso de trefina en lugar del saca implante;

- Debido a la apertura reducida de boca en la región posterior, la utilización del instrumento puede ser dificultada;
- Asegurarse de que las piezas no sean engullidas o aspiradas por la persona que está recibiendo el producto (paciente);
- La planificación inadecuada puede comprometer el desempeño del procedimiento;
- Antes de cada procedimiento, asegúrese del perfecto ajuste entre las piezas.
- Asegúrese de tener todos los instrumentos necesarios para la realización de la cirugía según la planificación quirúrgica;
- Este producto es de un solo uso;
- Se recomienda mantener el saca implante axial a lo largo del eje del implante que se va a retirar. La inclinación del saca implante durante la aplicación del torque puede resultar en el daño y / o fractura del mismo o hasta del hueso;
- Es responsabilidad del profesional utilizar los productos Emfils de acuerdo con las instrucciones de uso;
- El saca implante puede acumular daños durante el uso, se recomienda USO ÚNICO.
- La reutilización de este producto puede ocasionar:
 - *Efectos biológicos adversos derivados de residuos remanentes, ya sean microorganismos y/o sustancias derivadas de usos anteriores;*
 - *Cambios de las características físicas, mecánicas y químicas de orden macro o micro estructurales, alterando las condiciones originales del producto que pueden perjudicar la funcionalidad de que fue destinada;*
 - *La reutilización de este producto no garantiza su seguridad y eficacia, y exenta cualquier garantía de los productos relacionados.*
 - *Utilice siempre la secuencia de productos Emfils. La utilización de instrumental y / o componentes de otros fabricantes no garantiza la perfecta función del sistema de implante Emfils y exenta cualquier garantía del producto.*

PERÍODO DE VALIDEZ

Indicado en la etiqueta del producto.

No todos los productos están disponibles en todos los países.

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos sólo ocurrir si las recomendaciones de uso descritas no se respetan.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugar seco y en el embalaje original, a temperatura ambiente y no exponer la luz solar directa. El almacenamiento incorrecto puede influir en las características originales del embalaje y del producto.

DESCARTE DE MATERIALES

El descarte del material debe respetar las regulaciones locales y los requisitos ambientales vigentes, teniendo en cuenta los diferentes niveles de contaminación y recolección selectiva.

VIDA ÚTIL

Uso único. El producto acumula daño durante su uso.